

## THÔNG BÁO

### V/v Nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn không hoạt động.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn không hoạt động, thông tin chi tiết theo phụ lục.

Để có cơ sở xác định tình trạng Máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn, Trung tâm kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra và đánh giá lỗi thiết bị không hoạt động và giải pháp khắc phục.

Các Công ty có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Email: [dauthau.quangninhcdc@gmail.com](mailto:dauthau.quangninhcdc@gmail.com) và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty ký, đóng dấu chuyên phát về địa chỉ: Khoa Dược, vacxin và vật tư y tế – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 16 giờ 00 phút ngày 16/6/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ks Bùi Tuấn Lâm. SĐT 0988 910 010;

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Công ty cung cấp dịch vụ;
- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải);
- TCHC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT.

**Vũ Quyết Thắng**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số: 1125/TB-TTKSBT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên thiết bị	Model/ Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng lỗi
1	Máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn	DXH 600/ Beckman coulter	2018	Khi đưa Rack đựng mẫu vào máy chạy, Máy không nhận mẫu và đẩy mẫu ra, máy báo lỗi đèn đỏ trên màn hình máy, trở về trạng thái Stop.