

Số: 1928/TTKSBT-KD  
V/v Mời báo giá

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2023

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị bảo quản vắc xin dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá gửi bản scan (*theo mẫu và nội dung tại phụ lục II*) về địa chỉ email: [khoaduoccdcqn@gmail.com](mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com) , đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds.Nguyễn Khánh Quyên – Khoa Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 0971 994 999.

*Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau.*

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa: *Chi tiết tại phụ lục I.*

2. Địa điểm cung cấp: Kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán bao gồm các tài liệu sau: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, Chung loại, thông số kỹ thuật, thành phần mà đơn vị đó đang cung cấp....

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TCKT;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quyết Thắng**

## PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo công văn số: 1928/TTKSBT-KD ngày 15/9/2023  
của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Tủ bảo quản vacxin chuyên dụng	<p>- Tính năng nổi bật:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số năng lượng mặt trời</li><li>+ Tủ được trang bị khóa an toàn, tránh sự truy cập trái phép. Bề mặt tủ sử dụng thép không gỉ, ổn định với hóa chất, độ ẩm và dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng</li><li>+ Đèn báo để hiển thị chạy hoặc dừng máy nén</li><li>+ Trình ghi dữ liệu nhiệt độ độc lập, theo dõi, ghi lại và quản lý</li></ul> <p>- Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Kiểu: Tủ bảo quản dạng nằm</li><li>+ Nhiệt độ môi trường (oC): 5-43</li><li>+ Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</li><li>+ Chế độ già đông: Tự động</li><li>+ Môi chất: CFC-Free</li><li>+ Độ ồn khi sử dụng: &lt;40dB</li><li>+ Hoạt động trong dải (oC): 2-8°C</li><li>+ Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý</li><li>+ Màn hình hiển thị nhiệt độ: Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số LED năng lượng mặt trời</li><li>+ Nguồn điện: 220-240V/50Hz</li><li>+ Công suất (W): 165W</li><li>+ Dòng điện: 1.8A</li><li>+ Công suất tiêu thụ khi chạy ổn định: 1</li><li>+ Công suất tiêu thụ khi kiểm tra làm lạnh (kWh/24h): 1.1</li><li>+ Thời gian bảo quản vacxin khi mất điện: &gt;40 giờ</li><li>+ Dung tích trữ vắc xin: 211 L</li><li>+ Tổng dung tích: 260 L</li><li>+ Trọng lượng (Net/gross): 160/200kg</li></ul>	1	Chiếc

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước trong (W*D*H): 1359x366x560(mm)</li> <li>+ Kích thước ngoài (W*D*H): 1647x717x940(mm)</li> <li>+ Kích thước đóng gói (W*D*H): 1720x770x1080(mm)</li> <li>- Chức năng cảnh báo:</li> <li>+ Cảnh báo nhiệt độ lên cao/thấp</li> <li>+ Cảnh báo lỗi sensor</li> <li>- Phụ kiện:</li> <li>+ Có 9 giỏ</li> <li>+ Có chân</li> <li>- Chứng chỉ châu âu CE,ISO 9001, 13485, chứng nhận của tổ chức y tế thế giới</li> <li>- Bộ ghi nhiệt độ đáp ứng tiêu chuẩn WHO.Mã PQS: E006/042 tặng kèm tủ</li> <li>- Đạt chuẩn chống đông băng mức A</li> </ul>		
2	Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tính năng nổi bật:</li> <li>+ Chuyển đổi tần số tiết kiệm năng lượng</li> <li>+ Thân thiện với môi trường</li> <li>+ Độ ồn thấp</li> <li>+ Hiệu suất ổn định, nhiều chế độ báo động</li> <li>+ Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý</li> <li>+ Cửa kính tự động với cửa mở góc 90°</li> <li>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác</li> <li>+ Cửa có khóa bảo mật</li> <li>- Thông số kỹ thuật:</li> <li>+ Kiểu: Tủ mát dạng đứng</li> <li>+ Thể tích: 390L</li> <li>+ Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C</li> <li>+ Kiểu làm lạnh: dòng khí cưỡng bức</li> <li>+ Môi chất: HC</li> <li>+ Độ ồn: 43 dB</li> <li>+ Điều khiển: Vi xử lý</li> <li>+ Màn hình hiển thị: LED</li> <li>+ Nguồn điện: 220-240V/50Hz</li> <li>+ Công suất: 360W</li> <li>+ Dòng điện (A): 1.8</li> <li>+ Trọng lượng: 116/139kg</li> </ul>	2	Chiếc

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước trong (W*D*H): 530x555x1380(mm)</li> <li>+ Kích thước ngoài (W*D*H): 665x710x1965(mm)</li> <li>+ Kích thước đóng gói (W*D*H): 690x790x2110(mm)</li> <li>- Chức năng cảnh báo: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lỗi nguồn</li> <li>+ Báo động từ xa</li> <li>+ Khi nhiệt độ quá ngưỡng</li> <li>+ Pin yếu</li> <li>+ Cửa mở</li> <li>+ Lỗi sensor</li> </ul> </li> <li>- Phụ kiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bánh xe</li> <li>+ Chân</li> <li>+ Kiểm tra lỗi</li> <li>+ Kệ/ giỏ: 7</li> </ul> </li> <li>- Cung cấp bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tủ bảo quản tiêu chuẩn: 1 chiếc</li> <li>+ Kệ: 7 chiếc</li> <li>+ Dây nguồn: 01 bộ</li> <li>+ Sách HDSĐ Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> </li> </ul>		
3	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kích thước (L x W x H) : 128 x 75 x 19 mm</li> <li>-Kích thước LCD: 95 x 27 mm</li> <li>- Trọng lượng: 112g</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 0°C đến +30°C / +32°F đến +86°F</li> <li>- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +55°C / -13°F đến +131°F</li> <li>- Nhiệt độ hiển thị: -10°C đến +55°C / +14°F đến +131°F</li> <li>- Mức cảnh báo: -20°C đến +50°C, in 0.1°C increments / -4°F đến +122°F</li> <li>- Độ chính xác nhiệt độ: <ul style="list-style-type: none"> <li>+/- 0.8°C từ -25°C đến -10°C   +/- 1.44.°F từ -13°F to +14°F</li> <li>+/- 0.5°C từ -10°C đến +40°C   +/- 0.9°F từ +14°F to 104°F</li> <li>+/- 0.8°C từ +40°C đến +55°C   +/- 1.44°F từ +104°F to +131°F</li> </ul> </li> </ul>	5	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới hạn cảnh báo: 2 giới hạn cảnh báo có thể lập trình (1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới)</li> <li>- Thời gian lấy mẫu: 5 phút (Tiêu chuẩn)</li> <li>- Thời gian kích hoạt cảnh báo: 1 phút đến 23 giờ 59 phút</li> <li>- Độ chính xác: +/- 30 phút / năm</li> <li>- Hiệu chuẩn: Mọi cảm biến đều được hiệu chuẩn tại nhà máy theo tiêu chuẩn NIST / ILAC có thể theo dõi. Chứng chỉ hiệu chuẩn theo yêu cầu</li> <li>- Bộ nhớ: Tổng quan 30 ngày trên màn hình; Độ dài báo cáo PDF có thể cài đặt tại nhà máy: có thể 28, 56, 84 hoặc 112 ngày</li> <li>- Pin: Pin Lithium - tuân thủ Hướng dẫn đóng gói IATA DGR 970-Phần II</li> <li>- Mức bảo vệ: IP64 (cảm biến bên ngoài không được cắm vào)</li> <li>- Thời gian hoạt động: Lên đến 3 1/2 năm (1/2 năm lưu trữ / 3 sử dụng). Chỉ báo trạng thái pin trên màn hình cung cấp thông tin về thời gian sử dụng còn lại</li> <li>- Thao tác: Fridge-tag 2 L không thể được thao tác, thiết lập lại hoặc tắt mà không phá hủy nó</li> <li>- Định dạng dữ liệu: PDF / ASCII (nó cũng có thể được nhập bởi nhiều hệ thống quản lý dữ liệu hoặc ERP)</li> <li>- Chứng nhận: CE, EMC, ROHS compliant REACH</li> </ul>		
--	--	---	--	--

## Phụ lục II: MẪU BÁO GIÁ

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.