

Về việc yêu cầu báo giá Máy đo nồng độ  
còn kèm ống thổi nồng độ còn

### Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hàng hóa với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks. Bùi Tuấn Lâm – Nhân viên Khoa Dược - VTYT, số điện thoại: 0988910010, email: [tuanlamqn@gmail.com](mailto:tuanlamqn@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: [tuanlamqn@gmail.com](mailto:tuanlamqn@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 5 năm 2024 đến trước 08h ngày 17 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

Kính mời Các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa, cung cấp thông tin và báo giá gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, thông tin chi tiết như sau:

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy đo nồng độ còn trong hơi thở	Tình trạng: Mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng:	Cái	02	Giá đã bao gồm thuế

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		<p>Chứng chỉ chất lượng CE, FCC, hoặc tương đương</p> <p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính và phụ kiện đi kèm : 01 bộ</li> <li>- CO, CQ: 01 bộ</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> <p>Thông số kỹ thuật</p> <p>1. Máy chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nghệ cảm biến tiên tiến Premium Flel Cell</li> <li>- Cảm biến lưu lượng và áp suất chống thổi giả</li> <li>- Bao gồm phần mềm Datech Alcohol: tải báo cáo lịch sử đo.</li> <li>- Lưu trữ 250 kết quả đo, có khả năng kết nối máy in không dây</li> <li>- Thời gian phân tích và hiển thị kết quả đo: Khoảng 4 giây.</li> <li>- Có thể đo liên tiếp sau 3 giây.</li> <li>- Dải đo: 0.00 - 2.5 mg/dL.</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 0.025</math> mg/dL.</li> <li>- Chức năng tiết kiệm điện</li> <li>- Nguồn điện: 2 pin AA.</li> <li>- Hiệu chuẩn : sau 12 tháng.</li> </ul> <p>2. Yêu cầu khác: Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác.</li> <li>- Bảo hành 12 tháng.Cam</li> </ul>			<p>VAT và chi phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có)</p>

<b>TT</b>	<b>Tên hàng hoá</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
		kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng.			
2	Ống Thổi cho máy đo nồng độ cồn	, Chất liệu nhựa dùng được nhiều lần, có thể hấp rửa, tái sử dụng. Quy cách đóng gói : 50 cái/ túi Hàng mới 100%	Túi	20	

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TCHC (để đăng tải);
- TCKT;
- Lưu: VT, KD.

**Vũ Quyết Thắng**