

THÔNG BÁO

V/v Nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Máy sinh khí Nitơ hoạt động không ổn định.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Máy sinh khí Nitơ không hoạt động ổn định, thông tin chi tiết theo phụ lục.

Để có cơ sở xác định tình trạng Máy sinh khí Nitơ, Trung tâm kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra và đánh giá lỗi thiết bị không hoạt động ổn định và giải pháp khắc phục.

Các Công ty có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty ký, đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 16 giờ 00 phút ngày 27/9/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ks Bùi Tuấn Lâm. SĐT 0988 910 010;

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Công ty cung cấp dịch vụ;
- TCHC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT.

Vũ Quyết Thắng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số: 1981/TB-TTKSBT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên thiết bị	Model/ Hãng sản xuất	Tình trạng lỗi
1	Máy sinh khí Nitơ	NM32LA/ PEAK SCIENTIFIC	Tốc độ Nitơ không ổn định, giảm dần theo thời gian chạy mẫu.